

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
1	力山環境科技股份有限公司	104/01/09	力山環境科技股份有限公司水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量樣品檢液取量不足，未符合NIEA W210.58A方法規定。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
2	道濟製藥股份有限公司	104/01/15	道濟製藥股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量樣品生化需氧量檢測未符合NIEA W510.55B方法。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
3	惠民實業股份有限公司	104/01/20	惠民實業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水樣品保存溫度超過NIEA W109.51B方法規定。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
4	三普環境分析股份有限公司	104/01/28	三普環境分析股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水樣品之採樣及保存方式不符NIEA W305.53A規定。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
5	謙德檢驗股份有限公司	104/02/10	謙德檢驗股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水樣品未依NIEA W510.55B及NIEA W410.53A方法規定檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
6	南台灣環境科技股份有限公司	104/02/10	南台灣環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量樣品生化需氧量檢測未符合NIEA W510.55B方法。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
7	中央科技顧問有限公司	104/03/10	中央科技顧問有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量樣品生化需氧量檢測未符合NIEA W510.55B方法	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習	30,000	否			是
8	汎美檢驗科技有限公司	104/03/17	汎美檢驗科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量樣品之大腸桿菌及總菌落數檢測不符檢測方法規定。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
9	九達環境開發股份有限公司	104/03/26	九達環境開發股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量樣品之大腸桿菌檢測不符檢測方法規定	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習	30,000	否			是
10	威龍聯合服務有限公司	104/04/24	威龍聯合有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依環境檢驗測定機構管理辦法第19條第1項規定於檢測人員變更後30日內辦理變更登記。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第19條第1款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
11	現鼎環境科技股份有限公司	104/05/27	現鼎環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法規定執行水質水量樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
12	東昌環境工程股份有限公司	104/07/27	東昌環境工程股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範規定執行放流水樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第3款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
13	中欣工程行	104/08/12	中欣工程行違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類樣品未依「環境樣品採集及保存作業指引(NIEA-PA102)」規定執行樣品保存。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第2款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
14	綠山林開發事業股份有限公司	104/09/18	綠山林開發事業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告方法執行水質水量檢測類樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
15	瓦展環境股份有限公司	104/10/02	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類化學需氧量樣品檢測，檢測過程虛偽不實。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第2項第1款規定，爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	300,000	否			是
16	捷克環境科技有限公司	104/10/06	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類生化需氧量樣品檢測，未依實驗室管理手冊執行。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
17	捷克環境科技有限公司	104/10/06	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類大腸桿菌樣品檢測，過程虛偽不實。	屬水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款與同條第2項第1款所列舉重大違規之情形，爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	300,000	否			是
18	瓦展環境股份有限公司	104/10/21	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類重金属樣品檢測，分析前樣品保存條件不符規定。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
19	衛宇檢驗科技股份有限公司	104/11/06	衛宇檢驗科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法執行水質水量檢測類樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
20	兆鼎檢驗科技有限公司	104/11/06	兆鼎檢驗科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法執行水質水量檢測類樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
21	松壽環保科技股份有限公司	104/11/26	松壽環保科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法及標準作業程序執行水質水量檢測類樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
22	玉山環境科技有限公司(原中央科技顧問有限公司)	104/12/17	玉山環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類大腸桿菌群、生化需氧量、凱氏氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、真色色度、砷、鉍、氫氣、油脂、溶解性鐵等11項檢測過程虛偽不實。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款規定,爰依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第2項規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	300,000	否			是
23	嘉興環境科技有限公司	105/02/22	嘉興環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	1.重金屬檢測樣品未依本署公告方法「水中銀、鎘、鎘、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鉍檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(W306.54A)」六(二)「水樣於採集後應立即添加濃硝酸使水樣之pH值小於2」及嘉興公司同方法之標準作業程序書六(二)之規定執行。2.水質水量類樣品未依本署公告方法「事業放流水採樣方法(W109.51B)」四(六)之冷藏規範「4±2℃冷藏」及嘉興公司同方法之標準作業程序書四(七)之規定執行樣品保存。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款,爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
24	嘉興環境科技有限公司	105/02/22	嘉興環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水中真色色度樣品執行檢測時,未完整記錄檢測過程及原始數據,未符合嘉興公司管理手冊之12-3.1紀錄管理規定。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款,爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
25	嘉興環境科技有限公司	105/02/22	嘉興環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量類樣品採樣時,尚未執行採樣,其採樣紀錄之採樣時間、出廠時間、須現場量測項目之氫離子濃度指數(pH值)及水溫皆已填寫,有檢測過程虛偽不實情事。	屬水污染防治法第23條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款及第2項第1款之檢測過程虛偽不實情形,爰依同法第49條規定裁處,並廢止水質水量檢測類之事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)、氫離子濃度指數(pH值)及水溫等3項檢測項目之許可。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	300,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
26	南台灣環境科技股份有限公司	105/03/03	南台灣環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法及貴公司標準作業程序執行水質水量檢測類樣品檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
27	建利環保顧問股份有限公司	105/03/07	建利環保顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊第12章12.2(1)「檢測過程中之任何原始數據應直接書寫於核准使用之檢測紀錄表」之規定執行水質水量檢測類生化需氧量樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	60,000	否			是
28	中欣工程行中科后里檢驗室	105/05/12	中欣工程行中科后里檢驗室違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告之檢測方法「水中生化需氧量檢測方法(NIEAW510.55B)」及品質管制事項規定執行水中生化需氧量檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	60,000	否			是
29	台灣鉅邁股份有限公司	105/05/12	台灣鉅邁股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告之檢測方法執行水質水量檢測類之水中重金屬樣品檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
30	景泰環保科技股份有限公司	105/06/07	景泰環保科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公告方法執行水質水量檢測類水溫、氨氮等項目之樣品採樣。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
31	台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心	105/06/17	台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公告檢測方法執行水質水量類之懸浮固體及生化需氧量之檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	60,000	否			是
32	台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心	105/06/16	台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊規定執行水質水量類之懸浮固體、生化需氧量及大腸桿菌之檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
33	森品環境科技股份有限公司	105/08/15	森品環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公告之檢測方法規定執行土壤氣體監測井中油氣之檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定、爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
34	明辰環境科技有限公司	105/09/12	明辰環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公告之檢測方法規定執行土壤氣體監測井中油氣之檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	60,000	否			自行停業
35	明辰環境科技有限公司	105/09/12	明辰環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊規定執行土壤氣體監測井中油氣之檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	60,000	否			自行停業
36	捷克環境科技有限公司	106/01/04	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告之「水中生化需氧量檢測方法(NIEA W510)」檢測方法規定執行檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
37	南台灣環境科技股份有限公司	106/03/13	南台灣環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類之「凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法(NIEA W451)」盲樣測試連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定，爰依同法第49條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
38	清華科技檢驗股份有限公司	106/07/19	清華科技檢驗股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法、檢驗室標準作業程序執行水質水量檢測類之懸浮固體樣品檢測作業。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處，並限期改善。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	180,000	否			是
39	山林水環境工程股份有限公司	106/08/14	山林水環境工程股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量檢測類之化學需氧量樣品檢測業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處，並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
40	瓦展環境股份有限公司	106/09/18	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量檢測類樣品檢測業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處，並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
41	財團法人中央畜產會	106/09/20	財團法人中央畜產會違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告方法「水中生化需氧量檢測方法(NIEA W510.55B)」執行相關檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
42	台灣鉅邁股份有限公司	106/09/22	台灣鉅邁股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量檢測類樣品檢測業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	90,000	否			是
43	財團法人元智大學	106/09/25	財團法人元智大學違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「水量：水量測定方法-流速計法(NIEA W022)」採樣技術評鑑連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
44	三普環境分析股份有限公司	106/09/25	三普環境分析股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「水量：水量測定方法-流速計法(NIEA W022)」採樣技術評鑑連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
45	清華科技檢驗股份有限公司	106/09/25	清華科技檢驗股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「水量：水量測定方法-流速計法(NIEA W022)」採樣技術評鑑連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
46	玉山環境科技有限公司	106/09/25	玉山環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「水量：水量測定方法-流速計法(NIEA W022)」採樣技術評鑑連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
47	精準環境股份有限公司	106/10/27	精準環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告方法「地下儲槽系統土壤氣體監測井中油氣檢測方法(NIEA M203022)」執行地下儲槽系統土壤氣體監測井之相關檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
48	華穎環境科技顧問股份有限公司	106/11/30	華穎環境科技顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量檢測類之放流水採樣	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
49	華穎環境科技顧問股份有限公司	106/11/30	華穎環境科技顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊之採樣規定填寫採樣紀錄表	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
50	東昌環境工程股份有限公司	107/01/23	東昌環境工程股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未取得水質水量檢測類硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗項目之許可而出具放流水樣品報告,且於檢測報告中未包括對檢測結果必要之註解,與公司管理手冊第26章規定不符。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定,爰依同法第49條規定裁處及限期改善,並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
51	玉群環境科技有限公司	107/01/23	玉群環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行生化需氧量檢測,未依該公司管理手冊規定執行業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定,爰依同法第49條規定裁處及限期改善,並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	150,000	否			是
52	玉群環境科技有限公司	107/01/23	玉群環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量類懸浮固體及大腸桿菌群項目之檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依同法第49條規定裁處及限期改善,並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	1,230,000	否			是
53	財團法人台灣農畜發展基金會	107/01/30	財團法人台灣農畜發展基金會違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量類之導電度檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,爰依同法第49條規定裁處及限期改善,並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
54	精湛檢驗科技股份有限公司	107/02/07	精湛檢驗科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類之靈丹(水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法(NIEA-W605))百樣測試連續2次不合格。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定,爰依同法第49條規定裁處,並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			無改善事項

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
55	財團法人中興工程顧問社	107/02/08	財團法人中興工程顧問社違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類之「水中銀、鎘、鎘、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306)」百樣測試連續2次不合格。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定，爰依同法第49條規定裁處，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			無改善事項
56	安美謙德環保股份有限公司	107/02/13	安美謙德環保股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類之大腸桿菌群「水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法(NIEA E202)」百樣測試連續2次不合格。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定，爰依同法第49條規定裁處，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			無改善事項
57	廣大地環境科技股份有限公司	107/02/27	廣大地環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法「事業放流水採樣方法(NIEA W109.51B)」之規定執行水質水量檢測類溶解性鎳及未依檢測方法「水中生化需氧量檢測方法(NIEA W510.55B)」之規定執行水質水量檢測類生化需氧量檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否			是
58	捷克環境科技有限公司	107/03/16	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類大腸桿菌群樣品未依「水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法(NIEA E202.55B)」之規定執行檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
59	捷克環境科技有限公司	107/03/16	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類生化需氧量樣品未依捷克環境科技有限公司管理手冊之規定執行檢測記錄	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
60	捷克環境科技有限公司	107/03/16	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類化學需氧量樣品未依捷克環境科技有限公司管理手冊之規定執行樣品接收	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
61	綠山林開發事業股份有限公司	107/03/28	綠山林開發事業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行生化需氧量、化學需氧量檢測未依公司管理手冊規定執行檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	90,000	否			是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
62	中欣行股份有限公司	107/04/03	中欣行股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類重金屬樣品未依「水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA W311.53C)」之規定執行檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			
63	佳美檢驗科技股份有限公司	107/07/12	佳美檢驗科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依管理手冊第13章紀錄管制之規定，執行水質水量檢測類化學需氧量檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否			
64	佳美檢驗科技股份有限公司	107/07/12	佳美檢驗科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法執行水質水量檢測類大腸桿菌群檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			
65	瓦展環境股份有限公司	107/09/07	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依管理手冊「紀錄管制作業程序」之規定，執行水質水量檢測類生化需氧量及懸浮固體檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	360,000	否			是
66	瓦展環境股份有限公司	107/09/07	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法「水中大腸桿菌群檢測方法-濾膜法(NIEA E202.55B)」之規定，執行水質水量檢測類大腸桿菌群檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否			是
67	財團法人台灣農畜發展基金會	107/12/07	財團法人台灣農畜發展基金會違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水質水量檢測類之化學需氧量檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，爰依同法第49條規定裁處及限期改善，並依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否		107/12/27	
68	屏東縣動物防疫所	108/03/08	屏東縣動物防疫所違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行水中化學需氧量樣品檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款，爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		108/03/29	

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
69	玉山環境科技有限公司	108/07/18	玉山環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊之規定，執行水質水量檢測類檢測項目懸浮固體、生化需氧量共82件樣品未保留原始檢驗紀錄	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	180,000	否		108/08/09	
70	衛宇檢驗科技股份有限公司	108/08/07	衛宇檢驗科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「水量:水量測定方法-流速計法(NIEA W022)」採樣技術評鑑連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			
71	華光工程顧問股份有限公司	108/09/02	華光工程顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類檢測項目氨氮3件樣品，未依事業放流水採樣方法(NIEA 109.52B)附表各種檢驗項目採樣及保存方法之規定添加保存劑	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		108/09/23	
72	華光工程顧問股份有限公司	108/09/02	華光工程顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊第12章記錄管制之規定，執行水質水量檢測類檢測項目生化需氧量(BOD)86件樣品，未保留原始溶氧之不同稀釋倍數之原始數據	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	180,000	否		108/09/23	是
73	中欣行股份有限公司	108/09/16	中欣行股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類揮發性有機化合物樣品未依「事業放流水採樣方法(NIEA 109.52B)」之規定執行採樣業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		108/10/04	是
74	瓦展環境股份有限公司	108/10/22	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法「水中銀、鎘、鎘、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306.55A)」規定，執行水質水量檢測類監測類重金屬檢測項目3件樣品採樣保存之檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		108/11/15	是
75	財團法人成大研究發展基金會	108/12/05	財團法人成大研究發展基金會違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類重金屬樣品未依管理手冊之規定執行檢測業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	90,000	否		108/12/26	是
76	財團法人成大研究發展基金會	108/12/05	財團法人成大研究發展基金會違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	水質水量檢測類重金屬樣品未依管理手冊之規定執行檢測業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	90,000	否		108/12/26	是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
77	南台灣環境科技股份有限公司	109/02/15	南台灣環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「鎘、水中銀、鎘、鎘、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306)」盲樣測試連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			無改善事項
78	綠山林開發事業股份有限公司	109/02/17	綠山林開發事業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行水質水量檢測類「鎘、水中銀、鎘、鎘、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306.55A)」盲樣測試連續2次不合格	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款、爰依同法第49條規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			無改善事項
79	玉群環境科技有限公司	109/02/27	玉群環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法「水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W305.53A)」之規定，執行水質水量檢測類水中溶解性鐵樣品之檢驗測定業務	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		109/03/19	是
80	建利環保顧問股份有限公司	109/03/04	建利環保顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法「水中生化需氧量檢測方法(NIEA W510.55B)」，「水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法(NIEA E202.55B)」，「水中銀、鎘、鎘、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法(NIEA W306.55A)」執行水質水量檢測類之樣品分析	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	90,000	否		109/03/26	是
81	建利環保顧問股份有限公司	109/03/04	建利環保顧問股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊逕12章紀錄管制之規定執行水質水量檢測類之水中總溶解固體及懸浮固體檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	150,000	否		109/03/26	是
82	榮工大發環保股份有限公司	109/03/24	榮工大發環保股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法及實驗室標準作業程序執行水質水量檢驗類之水中懸浮固體及化學需氧量樣品檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	240,000	否		109/05/07	是
83	榮工大發環保股份有限公司	109/03/24	榮工大發環保股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊執行水質水量檢測類之水中懸浮固體檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	450,000	否		109/05/07	是
84	森品環境科技股份有限公司	109/07/06	森品環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署檢測公告方法執行土壤氣體監測井中油氣檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		109/07/28	是
85	景泰順檢驗股份有限公司	109/07/03	景泰順檢驗股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊之規定出具水質水量檢測類檢測報告	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條及同辦法第24條第1項第2款規定裁處及限期改善；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		109/07/24	是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
86	嘉興環境科技有限公司	109/09/04	嘉興環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法(NIEA W510.55B)之規定,執行水質水量檢驗類之水中化學需氧量之檢驗測定業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款、爰依同法第49條規定裁處及限期改善;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		109/09/25	是
87	財團法人石材暨資源產業研究發展中心	109/10/12	財團法人石材暨資源產業研究發展中心違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依管理手冊之規定,執行水質水量檢測類化學需氧量樣品檢測。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款、爰依同法第49條及同辦法第24條第1項第2款規定裁處及限期改善;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否		109/10/29	是
88	嘉興環境科技有限公司	110/01/22	嘉興環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行「水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103~105°C乾燥(NIEA W210.58A)」之盲樣測試連續2次不合格。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款、爰依同法第49條規定裁處;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			無改善事項
89	景泰順檢驗股份有限公司	110/03/04	景泰順檢驗股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行本署公告檢測方法(NIEA W210.58A)水質水量檢測類檢測或數據處理過程虛偽不實	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款、爰依同法第49條及同辦法第24條第2項第1款規定裁處及廢止檢測方法(NIEA W210.58A)許可;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	3,000,000	是			無改善事項
90	台宇環境科技股份有限公司	110/12/02	台宇環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法「水中生化需氧量檢測方法(NIEA W510.55B)」規定執行檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
91	瓦展環境股份有限公司	110/12/22	瓦展環境股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公司檢驗室管理手冊執行水質水量檢測類檢測業務	屬水污染防治法第23條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款及第24條第1項第2款之情形,並依水污染防治法第49條之規定裁處;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否			是
92	威騰有限公司	111/01/14	威騰有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依「環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範」執行水質水量檢測類檢測業務。	屬水污染防治法第23條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款之情形,並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		111/02/04	是
93	中環科技事業股份有限公司	111/02/21	中環科技事業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告品質管制事項「環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範」及檢測方法「水之氫離子濃度指數(pH值)測定方法—電極法(NIEA W424.53A)」執行檢測作業。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定,並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處;及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		111/03/11	是

環境檢測機構違反水污染防治法裁罰處分 (104-11209)

編號	事業名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額(元)	是否訴願	訴願結果	限改日期	是否已改善
94	榮工大發環保股份有限公司	111/03/03	榮工大發環保股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告品質管制事項「環境檢驗測定機構檢驗室品質系統基本規範」執行水質水量檢測作業。	違反水污染防治法第23條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款「依中央主管機關公告之檢測方法、品質管制事項及檢驗室之標準作業程序執行檢測」規定，並依水污染防治法第49條之規定裁處；及依環境教育法第23條規定裁處環境講習。	30,000	否		111/03/23	是
95	玉群環境科技股份有限公司	111/03/04	玉群環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	逾期辦理檢測機構及檢驗室名稱變更登記。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第19條第3項規定，並依水污染防治法第49條之規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000	否			無改善事項
96	惠民實業股份有限公司	111/03/14	惠民實業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告品質管制事項執行水質水量檢測類檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否		111/04/01	是
97	慧群環境科技股份有限公司	111/03/14	慧群環境科技股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊執行土壤氣體監測井中油氣檢測(NIEA M203)。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000	否		111/04/06	是
98	捷克環境科技有限公司	111/09/07	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊執行其業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款之規定裁處；及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	210,000	否		111/09/20	是
99	日揚環境工程有限公司	111/12/13	日揚環境工程有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊執行土壤氣體監測井中油氣檢測(NIEA M203)。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款之規定裁處；依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000	否		111/12/30	是
100	安美謙德環保股份有限公司(本案係為110年4月15日案另為適法處分。)	112/02/24	安美謙德環保股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	非合格檢測人員廖O捷於2份水質水量檢測類報告(專案編號：GE108W16198、GE108W16199)相關紀錄表單偽造離職檢測人員簽名，檢測過程虛偽不實。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款與第24條第2項第1款規定，並依水污染防治法第49條規定裁處；依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	600,000	否		112/3/16	是
101	正修學校財團法人	112/09/28	正修學校財團法人違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依方法及檢驗室管理手冊規定執行水質水量檢測類大腸桿菌群(NIEA E202)；未依方法規定執行水質水量檢測類生化需氧量(NIEA W510)。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款與第3款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款之規定裁處；依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	90,000	否		112/10/18	是